

SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH
TTYT HUYỆN PHÙ CÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTYT-TCHC
V/v trả lời đơn kiến nghị
Công ty TNHH MTV Thiết bị Đỉnh Cao

Phù Cát, ngày tháng năm 2024

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Thiết bị Đỉnh Cao.

Căn cứ nội dung đơn kiến nghị của Công ty TNHH MTV Thiết bị Đỉnh Cao đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 12 tháng 9 năm 2024 về kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế năm 2024, thuộc Đề án nâng cao năng lực hoạt động hệ thống y tế cơ sở của tỉnh Bình Định giai đoạn 2022 - 2025 do Trung tâm Y tế huyện Phù Cát thực hiện.

Công ty TNHH MTV Thiết bị Đỉnh Cao đã có đơn kiến nghị với nội dung cụ thể như sau:

Với kết quả lựa chọn nhà thầu do quý Trung tâm Y tế huyện Phù Cát lựa chọn:

- Thiết bị: Máy xét nghiệm miễn dịch
- Model: AutoLumo A1860
- Hãng sản xuất: Autobio Labtec Instruments Co.Ltd;
- Xuất xứ: Trung Quốc.

Với các thông tin chúng tôi có được. Nay Công ty chúng tôi xin kiến nghị Bệnh viện xem xét lại Máy miễn dịch Model: AutoLumo A1860 chưa đáp ứng được yêu cầu về cấu hình và tính năng kỹ thuật máy xét nghiệm miễn dịch được nêu trong D-HSMT như sau:

STT	Yêu cầu của E-HSMT: IB2400246886	Thông số dự thầu của Công ty TNHH thiết bị Y tế Minh Đức cho model: AutoLumo A1860 của hãng Autobio Labtec Instruments Co.Ltd	Tài liệu đối chiếu	Thông số trên tài liệu đối chiếu
1	Thể tích mẫu: 10µl-200µl, mỗi lần hút thêm $\geq 1\mu\text{l}$	Thể tích mẫu: 4µl - 400µl, mỗi lần hút thêm $\geq 1\mu\text{l}$. Cài đặt được khoảng 10µl-200µl, mỗi lần hút thêm $\geq 1\mu\text{l}$ đáp ứng yêu cầu thể tích hút mẫu	I.Catalog chính hãng: https://en.autobio.com.cn/Product/read/fid/63/cid/1/id/159.html	8-150 µl

STT	Yêu cầu của E- HSMT: IB2400246886	Thông số dự thầu của Công ty TNHH thiết bị Y tế Minh Đức cho model: AutoLumo A1860 của hãng Autobio Labtec Instruments Co.Ltd	Tài liệu đối chiếu	Thông số trên tài liệu đối chiếu
			II. Hướng dẫn sử dụng A1860 và Oprating Manual đã đăng ký lưu hành tại Việt Nam: 1.Công ty TNHH Vạn Vạn Thông https://dmec.moh.gov.vn/doc uments/10182/34128703/uplo ad_00047462_166192400596 1.pdf?version=1.0&fileId=34 151436 2. Công ty TNHH Y tế Minh Nhật https://dmec.moh.gov.vn/doc uments/10182/55744289/uplo ad_00022059_172049587724 1.pdf?version=1.0&fileId=55 753062	8±1µl, 150µl±2%
2	Pha loãng mẫu: Tự động pha loãng tỷ lệ 1:2~1:40	Pha loãng mẫu: Tự động pha loãng tỷ lệ 1:1~1:2601. Tỷ lệ pha loãng này đã bao gồm tỷ lệ pha loãng 1:2~1:40. đáp ứng yêu cầu tỷ lệ pha loãng	I. Catalog chính hãng: https://en.autobio.com.cn/Pro duct/read/fid/63/cid/1/id/159. html	Sample ditulion factor:up to 2601 fold - Không có thông tin ghi tự động pha loãng trên catalog trên trang wed chính hãng và hướng dẫn sử dụng trên hồ sơ đăng ký Bộ Y tế

STT	Yêu cầu của E-HSMT: IB2400246886	Thông số dự thầu của Công ty TNHH thiết bị Y tế Minh Đức cho model: AutoLumo A1860 của hãng Autobio Labtec Instruments Co.Ltd	Tài liệu đối chiếu	Thông số trên tài liệu đối chiếu
			II. Hướng dẫn sử dụng A1860 và Operating Manual đã đăng ký lưu hành tại Việt nam: 1. Công ty TNHH Vạn Vạn Thông https://dmecc.moh.gov.vn/documents/10182/34128703/upload_00047462_1661924005961.pdf?version=1.0&fileId=34151436 2. Công ty TNHH Y tế Minh Nhật https://dmecc.moh.gov.vn/documents/10182/55744289/upload_00022059_1720495877241.pdf?version=1.0&fileId=55753062	Custom dilution and fixed dilution (maximum 51*51 times=2601 times) - Không có thông tin ghi tự động pha loãng trên catalog trên trang web chính hãng và hướng dẫn sử dụng trên hồ sơ đăng ký Bộ Y tế
3	Danh mục xét nghiệm tối thiểu phải thực hiện được: 1. Phần tim mạch: CK-MB, Myoglobin, Troponin I, BNP, ... 2. Phần Tuyến giáp: FT3, FT4, T3, T4, TSH, Anti-Tg, Anti-TPO, Tg, RT3, ...	Danh mục xét nghiệm tối thiểu phải thực hiện được: 1. Phần tim mạch: CK-MB, Myoglobin, Troponin I, BNP, 2. Phần Tuyến giáp: FT3, FT4, T3, T4, TSH, Anti-Tg, Anti-TPO, Tg, RT3, ...	I. Catalog chính hãng: https://en.autobio.com.cn/Product/read/fid/63/cid/1/id/159.html	1. Phần tim mạch: CK-MB Myoglobin, Troponin I, BNP* 2. Phần Tuyến giáp: FT3, FT4, T3, T4, TSH, Anti-Tg, Anti-TPO, Tg, rT3*

Về vấn đề này, Bên mời thầu đã xem xét và trả lời như sau: Căn cứ điểm d, khoản 2⁽¹⁾ và khoản 3⁽²⁾ Điều 90 của Luật Đấu thầu 22/2023/QH15. Bên mời thầu không xem xét giải quyết kiến nghị của nhà thầu.

Tuy nhiên, để minh bạch Bên mời thầu (Trung tâm Y tế huyện Phù Cát) đã xem xét và trả lời kiến nghị các nội dung trên như sau:

- Ngày 14 tháng 8 năm 2024, Bên mời thầu (Trung tâm Y tế huyện Phù Cát) đã ban hành Công văn số 587/TTYT-KDTTBVTYT về việc bổ sung, làm rõ E-HSDT để gửi nhà thầu.

- Ngày 15 tháng 8 năm 2024 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Đức trả lời tại Công văn số 01/CV-MĐ.

Ngày 19 tháng 8 năm 2024, Bên mời thầu (Trung tâm Y tế huyện Phù Cát) đã tiếp tục ban hành Công văn số 597/TTYT-KDTTBVTYT về việc bổ sung, làm rõ E-HSDT (lần 2) gửi nhà thầu.

- Ngày 21 tháng 8 năm 2024, Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Đức trả lời tại Công văn số 02/CV-MĐ.

Dựa trên các văn bản trên, Bên mời thầu (Trung tâm Y tế huyện Phù Cát) đã xem xét, đánh giá “Đạt” do đã làm rõ đúng theo quy định và không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp.

- Ngoài ra nhà thầu (Công ty TNHH MTV Thiết bị Đỉnh Cao) còn kiến nghị về nội dung:

Ngoài ra, việc đánh giá của Tổ chuyên gia về danh mục xét nghiệm HSV 1-IgG và HSV 2-IgG còn dấu (*) (*under development: đang phát triển*) và không cho nhà thầu cơ hội làm rõ từ đó không đưa vào xem xét đánh giá là chưa thỏa mãn vì đến thời điểm nhà thầu tham dự 2 xét nghiệm này đã được hoàn thiện và có thể sử dụng. Nhà thầu xin được cung cấp: Catalog và tài liệu hướng dẫn sử dụng của Hãng Shenzhen Mindray Bio- Medical Electronics Co., Ltd.

Về vấn đề này, Bên mời thầu (Trung tâm Y tế huyện Phù Cát) đã xem xét và trả lời kiến nghị như sau: Căn cứ điểm b, khoản 3, Điều 82⁽³⁾ của Luật Đấu thầu 22/2023/QH15; Căn cứ Điều 25 của Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT; Căn cứ vào E-HSDT và Bản cam kết của nhà thầu trong E-HSDT đã nộp. Bên mời thầu nhận thấy E-HSDT của nhà thầu đã rõ và thực hiện đánh giá theo Điều 27 của Nghị Định 24/NĐ-CP. Đồng thời theo Khoản 3 Điều 28⁽⁴⁾ của Nghị định 24/NĐ-CP

¹ Nội dung kiến nghị liên quan trực tiếp đến kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu của nhà thầu, nhà đầu tư có đơn kiến nghị;

² Trường hợp kiến nghị của nhà thầu, nhà đầu tư, cơ quan, tổ chức không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người có trách nhiệm giải quyết kiến nghị thông báo bằng văn bản cho nhà thầu, nhà đầu tư, cơ quan, tổ chức về việc không xem xét, giải quyết kiến nghị.

³ Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của thông tin đã đăng ký, đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

⁴ Đối với nội dung về tư cách hợp lệ, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi bản chất của nhà thầu tham dự thầu. Đối với các nội dung về tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu (trừ nội dung về tư cách hợp lệ), đề xuất về kỹ thuật, tài chính, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp, không thay đổi giá dự thầu.

nhà thầu nói “*không cho nhà thầu cơ hội làm rõ*” là không đúng với quy định trên.

Bên mời thầu đã đánh giá E-HSDT đúng với Quy định của Pháp luật.
Trung tâm Y tế huyện Phù Cát kính báo quý công ty biết.
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh Bình Định (báo cáo);
- Sở Y tế tỉnh Bình Định (báo cáo);
- Lãnh đạo TTYT;
- Khoa Dược -TTB-VTYT;
- Trang TTĐT TTYT Phù Cát;
- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Lưu: VT, TCHC.

GIÁM ĐỐC

Trần Thúc Khả