

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC KỸ THUẬT
Về việc tiếp nhận hệ thống X-Quang kỹ thuật số

Thực hiện Quyết định số 59/QĐ-TTYT ngày 26/02/2025 của Trung tâm Y tế huyện Phù Cát về việc kiện toàn Hội đồng Khoa học Kỹ thuật Trung tâm Y tế huyện Phù Cát;

Hôm nay, vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 27/02/2025, tại Hội trường Trung tâm Y tế huyện Phù Cát, đã tiến hành cuộc họp Hội đồng Khoa học kỹ thuật về việc tiếp nhận hệ thống máy X-quang kỹ thuật số tổng quát năm 2024 thuộc Đề án nâng cao năng lực hoạt động hệ thống y tế cơ sở của tỉnh Bình Định giai đoạn 2022 – 2025 do Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn thực hiện.

I. Thành phần:

1. Ông Trần Thúc Khả, Giám đốc – Chủ tịch hội đồng.
 2. Ông Võ Văn Phúc, Phó Giám đốc – Phó Chủ tịch hội đồng.
 3. Ông Trần Hữu Tài, Phó Giám đốc – Phó Chủ tịch hội đồng.
 4. Ông Trương Văn Công, Trưởng phòng KH-NV-ĐD - Thư ký.
 5. Ông Trần Hữu Thọ, Trưởng khoa Dược-TTB-VTYT – Thành viên.
 6. Ông Võ Hữu Thọ, Trưởng khoa Cấp cứu-HSTC và CD- Thành viên.
 7. Ông Lê Văn Cường, Trưởng khoa Nhi – Thành viên.
 8. Ông Phạm Văn Sa, Phó Trưởng khoa CC-HSTC và CD – Thành viên.
 9. Bà Nguyễn Thị Trâm, Trưởng khoa Truyền nhiễm – Thành viên.
 10. Bà Ngô Thị Hoa, Trưởng khoa YHCT và PHCN – Thành viên.
 11. Ông Phan Văn Phước, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh – Thành viên.
 12. Ông Hồ Văn Năm, Phó Trưởng khoa Xét nghiệm – Thành viên.
 13. Bà Lê Thị Bích Ngọc, Phụ trách phòng TC-HC – Thành viên.
 14. Bà Nguyễn Thị Tường Vy, Trưởng phòng TC-KT – Thành viên.
- Có mặt 14/15. Vắng: 01 (Bs Ngân đi học)

II. Nội dung cuộc họp

Bác sĩ Trần Thúc Khả, Giám đốc Trung tâm Y tế, chủ tịch Hội đồng khoa học kỹ thuật thông qua mục đích cuộc họp:

Xem xét tiếp nhận hệ thống máy X-quang kỹ thuật số tổng quát năm 2024 thuộc Đề án nâng cao năng lực hoạt động hệ thống y tế cơ sở của tỉnh Bình Định giai đoạn 2022 – 2025 do Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn thực hiện.

III. Triển khai

Theo tài liệu HSDT của công ty TNHH thiết bị công nghệ và đầu tư MDC cam kết “Cung cấp dịch vụ lắp đặt, bảo hành, bảo trì và cung cấp các vật tư, phụ kiện chính hãng Máy X – quang chẩn đoán (Máy X-Quang kỹ thuật số chụp tổng quát), Model PRS 500 X của hãng sản xuất PROTEC GmbH & Co. KG/Đức”.

Tuy nhiên Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ cao Minh Dũng (nhà phân phối) cung cấp nhiều catalogue của các máy gộp lại như: Máy PRS 500 X, CONAXX 2, RAPIXX 4343V1iX WiFi, PROTEC,... và nhiều chủng loại mã sản phẩm PRS 500 E, F, X, B, C, PROSLIDE 32 B, PROSLIDE 32 SR,...

Máy chính và các linh kiện, phụ kiện đa số của Trung Quốc sản xuất không phải đồng bộ chính hãng của máy Model PRS 500 X của hãng sản xuất PROTEC GmbH & Co. KG/Đức.

- Theo tài liệu HSDT của Công ty TNHH thiết bị công nghệ và đầu tư MDC “Trong cấu hình mục A yêu cầu chung điểm 2: Nước sản xuất: Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7), mục B cấu hình điểm 1: Tủ điều khiển và nguồn phát cao tần”

Tuy nhiên đối chiếu hồ sơ công ty bàn giao:

- + Tủ NEUSOFT VENUS-50-R sản xuất tại CHINA không phải thuộc G7.
- + Trong cấu hình mục B điểm 5 bộ chuẩn trục chùm tia, công ty giao bộ VAREX-SN WOE050813/1-1 xuất Xứ từ nước Hà Lan, không thuộc G7.
- + Trong cấu hình mục B điểm 6: Bàn bệnh nhân (mặt bàn trượt 4 hướng) không đúng với catalogue dự thầu E-HSDT.
- + Tấm thu nhận ảnh DR hãng IRAY CHINA.
- Tủ điều khiển và nguồn phát tia cao tần 3 pha với bảng điều khiển chức năng và tấm thu nhận ảnh DR nước sản xuất Trung Quốc.

III. Kết luận: Hội đồng thống nhất không đồng ý lắp đặt hệ thống máy X-quang kỹ thuật số tổng quát.

Biên bản này gồm có 03 trang đã được thông qua các thành viên Hội đồng Khoa học kỹ thuật đều thống nhất với các nội dung nêu trên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ














TRƯƠNG VĂN CÔNG



TRẦN THỨC KHẢ
Giám đốc TTYT

THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ký tên
1	BS Võ Văn Phúc	Phó Giám đốc TTYT; Phó chủ tịch HĐKHKT	
2	BS Trần Hữu Tài	Phó Giám đốc TTYT; Phó chủ tịch HĐKHKT	
3	DS Trần Hữu Thọ	Trưởng khoa Dược-TTB-VTYT; Thành viên	
4	BS Võ Hữu Thọ	Trưởng khoa CC-HSTC và CD; Thành Viên	
5	BS Lê Văn Cường	Trưởng khoa Nhi; Thành viên	
6	BS Phạm Văn Sa	Phó Trưởng khoa CC-HSTC và CD; Thành viên	
7	BS Nguyễn Thị Trâm	Trưởng khoa Truyền nhiễm; Thành viên	
8	BS Ngô Thị Hoa	Trưởng khoa YHCT và PHCN; Thành viên	
9	BS Phan Văn Phước	Trưởng khoa CEHA; Thành viên	
10	CN Hồ Văn Năm	Phó trưởng khoa Xét nghiệm; Thành viên	
11	ThS Nguyễn Thị Tường Vy	Trưởng phòng TC-KT; Thành viên	
12	ThS Lê Thị Bích Ngọc	Viên chức phòng TC-HC; Thành viên	