

Số: /TTYT-TCHC  
Về việc báo cáo tình hình tiếp  
nhận máy x-quang kỹ thuật số

Phù Cát, ngày tháng 02 năm 2025

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn (Chủ đầu tư).

Căn cứ Quyết định số 476/QĐ-TTYT ngày 11/11/2024 của Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm Máy X-quang kỹ thuật số chụp tổng quát năm 2024, thuộc Đề án nâng cao năng lực hoạt động hệ thống y tế cơ sở của tỉnh Bình Định giai đoạn 2022-2025 do Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn thực hiện;

Căn cứ Công văn số 140/TTYT-DTTB ngày 12/02/2025 của Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn về việc thông báo thời gian lắp đặt, bàn giao nghiệm thu Xquang kỹ thuật số.

Căn cứ Biên bản họp hội đồng khoa học kỹ thuật của Trung tâm Y tế huyện Phù Cát về việc tiếp nhận hệ thống X-quang kỹ thuật số ngày 27/02/2025.

Căn cứ biên bản tiếp nhận hệ thống X-quang kỹ thuật số của Tổ tiếp nhận lắp đặt và nghiệm thu máy X-quang kỹ thuật số của Trung tâm Y tế huyện Phù Cát ngày 26/02/2025.

Trung tâm Y tế huyện Phù Cát xin báo cáo một số nội dung cụ thể như sau:

1. Theo tài liệu HSDT của Công ty TNHH thiết bị công nghệ và đầu tư MDC cam kết “*Cung cấp dịch vụ lắp đặt, bảo hành, bảo trì và cung cấp các vật tư, phụ kiện chính hãng Máy X – quang chẩn đoán (Máy X-Quang kỹ thuật số chụp tổng quát), Model PRS 500 X của hãng sản xuất PROTEC GmbH & Co. KG/Đức*”.

Tuy nhiên Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ cao Minh Dũng (nhà phân phối) cung cấp nhiều catalogue của các máy gộp lại như: Máy PRS 500 X, CONAXX 2, RAPIXX 4343V1iX WiFi, PROTEC,... và nhiều chủng loại mã sản phẩm PRS 500 E, F, X, B, C, PROSLIDE 32 B, PROSLIDE 32 SR,...

Chúng tôi nhận thấy: Máy chính và các linh kiện, phụ kiện đa số của Trung Quốc sản xuất không phải đồng bộ chính hãng của máy Model PRS 500 X của hãng sản xuất PROTEC GmbH & Co. KG/Đức (có hồ sơ minh chứng kèm theo).

- Theo tài liệu HSDT của Công ty TNHH thiết bị công nghệ và đầu tư MDC “*Trong cấu hình mục A yêu cầu chung điểm 2: Nước sản xuất: Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7), mục B cấu hình điểm 1: Tủ điều khiển và nguồn phát cao tần*”.

Tuy nhiên đối chiếu hồ sơ Công ty bàn giao:

- + Tủ NEUSOFT VENUS-50-R sản xuất tại CHINA không phải thuộc G7.
- + Trong cấu hình mục B điểm 5 bộ chuẩn trục chùm tia, Công ty giao bộ VAREX-SN WOE050813/1-1 xuất xứ từ nước Hà Lan, không thuộc G7.
- + Trong cấu hình mục B điểm 6: Bàn bệnh nhân (mặt bàn trượt 4 hướng) không đúng với catalogue dự thầu E-HSĐT.
- + Tấm thu nhận ảnh DR hãng IRAY CHINA.

Chúng tôi nhận thấy: tủ điều khiển và nguồn phát tia cao tần 3 pha với bảng điều khiển chức năng và tấm thu nhận ảnh DR nước sản xuất Trung Quốc (có hồ sơ minh chứng kèm theo).

2. Cung cấp nhân sự có trình độ chuyên môn, được đào tạo chính hãng với hàng hoá nhà thầu tham dự thầu, hỗ trợ nhà thầu tham dự lắp đặt, bảo hành, bảo trì theo quy định của E-HSMT đảm bảo tiến độ.

Theo HSĐT (thư xác nhận, HĐLĐ, bằng cấp) kỹ sư Nguyễn Xuân Trung và Ngô Mạnh Cường thực hiện công tác lắp đặt, đào tạo, hướng dẫn sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các sản phẩm máy X-quang của hãng sản xuất nhưng đến thời điểm lắp đặt 2 kỹ sư này không có mặt.

Trung tâm Y tế huyện Phù Cát xem xét cho dừng lắp đặt hệ thống máy X-quang kỹ thuật số tổng quát năm 2024 thuộc Đề án nâng cao năng lực hoạt động hệ thống y tế cơ sở của tỉnh Bình Định giai đoạn 2022 – 2025 do Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn thực hiện vì hồ sơ do nhà phân phối Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ cao Minh Dũng (Công ty TNHH thiết bị công nghệ và đầu tư MDC) không đúng với hồ sơ dự thầu.

Kính báo Chủ đầu tư biết.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Y tế tỉnh Bình Định (chỉ đạo);
- UBND huyện Phù Cát (báo cáo);
- Lãnh đạo TTYT;
- Lưu: VT, TCHC.

**GIÁM ĐỐC**

**Trần Thúc Khả**