

SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI  
**TRUNG TÂM Y TẾ PHÙ CÁT**  
Số: /TTYT-KDTTBVTTYT  
V/v mời báo giá dịch vụ bảo trì,  
bảo dưỡng thiết bị y tế năm 2026

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Phù Cát, ngày tháng 02 năm 2026

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Căn cứ Luật đấu thầu ban hành ngày 23/06/2023;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Trung tâm Y tế Phù Cát có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị y tế của Trung tâm Y tế Phù Cát năm 2026, với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:**

**1. Đơn vị yêu cầu báo giá:** Trung tâm Y tế Phù Cát.

Địa chỉ: Số 12, Đường 3/2, xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai.

**2. Thông tin nơi tiếp nhận báo giá:**

Trung tâm Y tế Phù Cát, Email: ttytphucatgialai@gmail.com, điện thoại/ Fax: 02563750616.

**3. Cách thức tiếp nhận báo giá:**

Nhận trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) tại địa chỉ: Phòng Văn thư -Trung tâm Y tế Phù Cát, Địa chỉ: Số 12, Đường 3/2, xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai và gửi trước qua email: ttytphucatgialai@gmail.com.

**4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:** Từ 08 giờ 00 phút ngày 26 tháng 02 năm 2026 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 06 tháng 03 năm 2026.

*Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.*

**5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:** Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 06/03/2026.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

| STT | Danh mục bảo trì, bảo dưỡng                                       | Mô tả dịch vụ                                                                                                                                                                           | Số lượng | Đơn vị tính | Địa điểm thực hiện     | Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ    |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------------------|------------------------------------|
| 1   | Máy gây mê kèm máy thở, Model: Carestation 620 (GE Healthcare-Mỹ) | - Kiểm tra toàn diện điện nối đất (nếu có).<br>- Kiểm tra tình trạng vật lý dây điện nguồn và ổ phích cắm.<br>- Kiểm tra toàn diện về cơ học của các chuyển mạch và các nút điều khiển. | 3        | Lần         | Trung tâm Y tế Phù Cát | 1 năm sau khi hợp đồng có hiệu lực |

|   |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |     |                        |                                    |
|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------------------------|------------------------------------|
|   |                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Kiểm tra vận hành motor, hệ thống truyền động.</li> <li>- Kiểm tra các bảng điều khiển, kiểm tra các thông số kỹ thuật của máy và hiệu chỉnh các thông số (nếu cần).</li> <li>- Kiểm tra hệ thống đường ống dẫn, ống nối của thiết bị, các val dẫn, val áp lực, các đầu nối của máy với bệnh nhân.</li> <li>-Kiểm tra, làm sạch, vô dầu tất cả các bộ phận lắp ráp khác nhau (nếu cần).</li> <li>- Xử lý các lỗi/ hư hỏng nhỏ (không bao gồm thay thế vật tư, linh kiện).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              |   |     |                        |                                    |
| 2 | Máy điện tim 1 cần (ECG 1501 – Newtech USA)                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vệ sinh toàn bộ thiết bị bao gồm các điện cực, dây cáp, đầu in nhiệt</li> <li>- Vận hành thử nghiệm và hiệu chuẩn, cài đặt các bộ lọc nhiễu (nếu cần)</li> <li>- Khắc phục những lỗi nhỏ (nếu có)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 | Lần | Trung tâm Y tế Phù Cát | 1 năm sau khi hợp đồng có hiệu lực |
| 3 | Máy điện tim 3 cần (ECG- 2150 - China)                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vệ sinh toàn bộ thiết bị bao gồm các điện cực, dây cáp, đầu in nhiệt</li> <li>- Vận hành thử nghiệm và hiệu chuẩn, cài đặt các bộ lọc nhiễu (nếu cần)</li> <li>- Khắc phục những lỗi nhỏ (nếu có)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 | Lần | Trung tâm Y tế Phù Cát | 1 năm sau khi hợp đồng có hiệu lực |
| 4 | Máy điện tim 6 cần (PageWriter TC10 - China)                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vệ sinh toàn bộ thiết bị bao gồm các điện cực, dây cáp, đầu in nhiệt</li> <li>- Vận hành thử nghiệm và hiệu chuẩn, cài đặt các bộ lọc nhiễu (nếu cần)</li> <li>- Khắc phục những lỗi nhỏ (nếu có)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 | Lần | Trung tâm Y tế Phù Cát | 1 năm sau khi hợp đồng có hiệu lực |
| 5 | Máy đo độ đông máu COATRON M2 (Teco Medical Instruments - Đức) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra toàn diện điện nối đất (nếu có).</li> <li>- Kiểm tra tình trạng vật lý dây điện nguồn và ổ phích cắm.</li> <li>- Kiểm tra toàn diện về cơ học của các chuyển mạch và các nút điều khiển.</li> <li>-Kiểm tra vận hành motor, hệ thống truyền động.</li> <li>- Kiểm tra các bảng điều khiển, kiểm tra các thông số kỹ thuật của máy và hiệu chỉnh các thông số (nếu cần).</li> <li>- Kiểm tra hệ thống đường ống dẫn, ống nối của thiết bị, các val dẫn, val áp lực, các đầu nối của máy với bệnh nhân.</li> <li>-Kiểm tra, làm sạch, vô dầu tất cả các bộ phận lắp ráp khác nhau (nếu cần).</li> <li>- Xử lý các lỗi/ hư hỏng nhỏ (không bao gồm thay thế vật tư, linh kiện).</li> </ul> | 3 | Lần | Trung tâm Y tế Phù Cát | 1 năm sau khi hợp đồng có hiệu lực |
| 6 | Máy đo điện giải đồ Erba Lyte CaPlus (ERBA – Đức)              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra toàn diện điện nối đất (nếu có).</li> <li>- Kiểm tra tình trạng vật lý dây điện nguồn và ổ phích cắm.</li> <li>- Kiểm tra toàn diện về cơ học của các chuyển mạch và các nút điều khiển.</li> <li>-Kiểm tra vận hành motor, hệ thống truyền động.</li> <li>- Kiểm tra các bảng điều khiển, kiểm tra các thông số kỹ thuật của máy và hiệu chỉnh các thông số (nếu cần).</li> <li>- Kiểm tra hệ thống đường ống dẫn, ống nối của thiết bị, các val dẫn, val áp lực, các đầu nối của máy với bệnh nhân.</li> <li>-Kiểm tra, làm sạch, vô dầu tất cả các bộ phận lắp ráp khác nhau (nếu cần).</li> <li>- Xử lý các lỗi/ hư hỏng nhỏ (không bao gồm thay thế vật tư, linh kiện).</li> </ul> | 3 | Lần | Trung tâm Y tế Phù Cát | 1 năm sau khi hợp đồng có hiệu lực |
| 7 | Máy ly tâm EBA - 200                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra toàn diện điện nối đất (nếu có).</li> <li>- Kiểm tra tình trạng vật lý dây điện nguồn và ổ phích cắm.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 | Lần | Trung tâm Y tế Phù Cát | 1 năm sau khi hợp đồng             |

|    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |     |                        |                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------------------------|------------------------------------|
|    |                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra toàn diện về cơ học của các chuyển mạch và các nút điều khiển.</li> <li>- Kiểm tra vận hành motor, hệ thống truyền động.</li> <li>- Kiểm tra các bảng điều khiển, kiểm tra các thông số kỹ thuật của máy và hiệu chỉnh các thông số (nếu cần).</li> <li>- Kiểm tra hệ thống đường ống dẫn, ống nối của thiết bị, các val dẫn, val áp lực, các đầu nối của máy với bệnh nhân.</li> <li>- Kiểm tra, làm sạch, vô dầu tất cả các bộ phận lắp ráp khác nhau (nếu cần).</li> <li>- Xử lý các lỗi/ hư hỏng nhỏ (không bao gồm thay thế vật tư, linh kiện).</li> </ul>                                                                                                                           |   |     |                        | có hiệu lực                        |
| 8  | Máy phân tích sinh hóa tự động XL-200, ERBA (ERBA – Germany)                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra toàn diện điện nối đất (nếu có).</li> <li>- Kiểm tra tình trạng vật lý dây điện nguồn và ổ phích cắm.</li> <li>- Kiểm tra toàn diện về cơ học của các chuyển mạch và các nút điều khiển.</li> <li>- Kiểm tra vận hành motor, hệ thống truyền động.</li> <li>- Kiểm tra các bảng điều khiển, kiểm tra các thông số kỹ thuật của máy và hiệu chỉnh các thông số (nếu cần).</li> <li>- Kiểm tra hệ thống đường ống dẫn, ống nối của thiết bị, các val dẫn, val áp lực, các đầu nối của máy với bệnh nhân.</li> <li>- Kiểm tra, làm sạch, vô dầu tất cả các bộ phận lắp ráp khác nhau (nếu cần).</li> <li>- Xử lý các lỗi/ hư hỏng nhỏ (không bao gồm thay thế vật tư, linh kiện).</li> </ul> | 3 | Lần | Trung tâm Y tế Phù Cát | 1 năm sau khi hợp đồng có hiệu lực |
| 9  | Máy xét nghiệm huyết học 18 thông số Model: MEK-6510K (Nihon kohden – Nhật, Seri 3292), | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra toàn diện điện nối đất (nếu có).</li> <li>- Kiểm tra tình trạng vật lý dây điện nguồn và ổ phích cắm.</li> <li>- Kiểm tra toàn diện về cơ học của các chuyển mạch và các nút điều khiển.</li> <li>- Kiểm tra vận hành motor, hệ thống truyền động.</li> <li>- Kiểm tra các bảng điều khiển, kiểm tra các thông số kỹ thuật của máy và hiệu chỉnh các thông số (nếu cần).</li> <li>- Kiểm tra hệ thống đường ống dẫn, ống nối của thiết bị, các val dẫn, val áp lực, các đầu nối của máy với bệnh nhân.</li> <li>- Kiểm tra, làm sạch, vô dầu tất cả các bộ phận lắp ráp khác nhau (nếu cần).</li> <li>- Xử lý các lỗi/ hư hỏng nhỏ (không bao gồm thay thế vật tư, linh kiện).</li> </ul> | 3 | Lần | Trung tâm Y tế Phù Cát | 1 năm sau khi hợp đồng có hiệu lực |
| 10 | Máy xét nghiệm huyết học 18 thông số Model: MEK-6510K (Nihon kohden – Nhật, Seri 3963), | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra toàn diện điện nối đất (nếu có).</li> <li>- Kiểm tra tình trạng vật lý dây điện nguồn và ổ phích cắm.</li> <li>- Kiểm tra toàn diện về cơ học của các chuyển mạch và các nút điều khiển.</li> <li>- Kiểm tra vận hành motor, hệ thống truyền động.</li> <li>- Kiểm tra các bảng điều khiển, kiểm tra các thông số kỹ thuật của máy và hiệu chỉnh các thông số (nếu cần).</li> <li>- Kiểm tra hệ thống đường ống dẫn, ống nối của thiết bị, các val dẫn, val áp lực, các đầu nối của máy với bệnh nhân.</li> <li>- Kiểm tra, làm sạch, vô dầu tất cả các bộ phận lắp ráp khác nhau (nếu cần).</li> <li>- Xử lý các lỗi/ hư hỏng nhỏ (không bao gồm thay thế vật tư, linh kiện).</li> </ul> | 3 | Lần | Trung tâm Y tế Phù Cát | 1 năm sau khi hợp đồng có hiệu lực |
| 11 | Máy xét nghiệm huyết học 18 thông số Model: MEK-6510K (Nihon kohden – Nhật, Seri 8058), | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra toàn diện điện nối đất (nếu có).</li> <li>- Kiểm tra tình trạng vật lý dây điện nguồn và ổ phích cắm.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 | Lần | Trung tâm Y tế Phù Cát | 1 năm sau khi hợp đồng             |

|    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |     |                        |                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------------------------|------------------------------------|
|    |                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra toàn diện về cơ học của các chuyển mạch và các nút điều khiển.</li> <li>- Kiểm tra vận hành motor, hệ thống truyền động.</li> <li>- Kiểm tra các bảng điều khiển, kiểm tra các thông số kỹ thuật của máy và hiệu chỉnh các thông số (nếu cần).</li> <li>- Kiểm tra hệ thống đường ống dẫn, ống nối của thiết bị, các val dẫn, val áp lực, các đầu nối của máy với bệnh nhân.</li> <li>- Kiểm tra, làm sạch, vô dầu tất cả các bộ phận lắp ráp khác nhau (nếu cần).</li> <li>- Xử lý các lỗi/ hư hỏng nhỏ (không bao gồm thay thế vật tư, linh kiện).</li> </ul>                                                                                                                           |   |     |                        | có hiệu lực                        |
| 12 | Máy miễn dịch Mindray CL-900i (Mindray – Trung Quốc)                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra toàn diện điện nối đất (nếu có).</li> <li>- Kiểm tra tình trạng vật lý dây điện nguồn và ổ phích cắm.</li> <li>- Kiểm tra toàn diện về cơ học của các chuyển mạch và các nút điều khiển.</li> <li>- Kiểm tra vận hành motor, hệ thống truyền động.</li> <li>- Kiểm tra các bảng điều khiển, kiểm tra các thông số kỹ thuật của máy và hiệu chỉnh các thông số (nếu cần).</li> <li>- Kiểm tra hệ thống đường ống dẫn, ống nối của thiết bị, các val dẫn, val áp lực, các đầu nối của máy với bệnh nhân.</li> <li>- Kiểm tra, làm sạch, vô dầu tất cả các bộ phận lắp ráp khác nhau (nếu cần).</li> <li>- Xử lý các lỗi/ hư hỏng nhỏ (không bao gồm thay thế vật tư, linh kiện).</li> </ul> | 3 | Lần | Trung tâm Y tế Phù Cát | 1 năm sau khi hợp đồng có hiệu lực |
| 13 | Máy phân tích miễn dịch tự động AIA 360 (Tosoh -Nhật)                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra toàn diện điện nối đất (nếu có).</li> <li>- Kiểm tra tình trạng vật lý dây điện nguồn và ổ phích cắm.</li> <li>- Kiểm tra toàn diện về cơ học của các chuyển mạch và các nút điều khiển.</li> <li>- Kiểm tra vận hành motor, hệ thống truyền động.</li> <li>- Kiểm tra các bảng điều khiển, kiểm tra các thông số kỹ thuật của máy và hiệu chỉnh các thông số (nếu cần).</li> <li>- Kiểm tra hệ thống đường ống dẫn, ống nối của thiết bị, các val dẫn, val áp lực, các đầu nối của máy với bệnh nhân.</li> <li>- Kiểm tra, làm sạch, vô dầu tất cả các bộ phận lắp ráp khác nhau (nếu cần).</li> <li>- Xử lý các lỗi/ hư hỏng nhỏ (không bao gồm thay thế vật tư, linh kiện).</li> </ul> | 3 | Lần | Trung tâm Y tế Phù Cát | 1 năm sau khi hợp đồng có hiệu lực |
| 14 | Máy phân tích sinh hóa tự động Biolis 50i (Tokyo Boeki MedisysInc -Nhật) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra toàn diện điện nối đất (nếu có).</li> <li>- Kiểm tra tình trạng vật lý dây điện nguồn và ổ phích cắm.</li> <li>- Kiểm tra toàn diện về cơ học của các chuyển mạch và các nút điều khiển.</li> <li>- Kiểm tra vận hành motor, hệ thống truyền động.</li> <li>- Kiểm tra các bảng điều khiển, kiểm tra các thông số kỹ thuật của máy và hiệu chỉnh các thông số (nếu cần).</li> <li>- Kiểm tra hệ thống đường ống dẫn, ống nối của thiết bị, các val dẫn, val áp lực, các đầu nối của máy với bệnh nhân.</li> <li>- Kiểm tra, làm sạch, vô dầu tất cả các bộ phận lắp ráp khác nhau (nếu cần).</li> <li>- Xử lý các lỗi/ hư hỏng nhỏ (không bao gồm thay thế vật tư, linh kiện).</li> </ul> | 3 | Lần | Trung tâm Y tế Phù Cát | 1 năm sau khi hợp đồng có hiệu lực |
| 15 | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động 180 test/h (ERBA-Đức)                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra toàn diện điện nối đất (nếu có).</li> <li>- Kiểm tra tình trạng vật lý dây điện nguồn và ổ phích cắm.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 | Lần | Trung tâm Y tế Phù Cát | 1 năm sau khi hợp đồng             |

|    |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |     |                        |                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------------------------|------------------------------------|
|    |                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra toàn diện về cơ học của các chuyển mạch và các nút điều khiển.</li> <li>- Kiểm tra vận hành motor, hệ thống truyền động.</li> <li>- Kiểm tra các bảng điều khiển, kiểm tra các thông số kỹ thuật của máy và hiệu chỉnh các thông số (nếu cần).</li> <li>- Kiểm tra hệ thống đường ống dẫn, ống nối của thiết bị, các val dẫn, val áp lực, các đầu nối của máy với bệnh nhân.</li> <li>- Kiểm tra, làm sạch, vô dầu tất cả các bộ phận lắp ráp khác nhau (nếu cần).</li> <li>- Xử lý các lỗi/ hư hỏng nhỏ (không bao gồm thay thế vật tư, linh kiện).</li> </ul>                                                                                                                           |   |     |                        | có hiệu lực                        |
| 16 | Tủ an toàn sinh học cấp I BSC-1 (Việt Nam)                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra toàn diện điện nối đất (nếu có).</li> <li>- Kiểm tra tình trạng vật lý dây điện nguồn và ổ phích cắm.</li> <li>- Kiểm tra toàn diện về cơ học của các chuyển mạch và các nút điều khiển.</li> <li>- Kiểm tra vận hành motor, hệ thống truyền động.</li> <li>- Kiểm tra các bảng điều khiển, kiểm tra các thông số kỹ thuật của máy và hiệu chỉnh các thông số (nếu cần).</li> <li>- Kiểm tra hệ thống đường ống dẫn, ống nối của thiết bị, các val dẫn, val áp lực, các đầu nối của máy với bệnh nhân.</li> <li>- Kiểm tra, làm sạch, vô dầu tất cả các bộ phận lắp ráp khác nhau (nếu cần).</li> <li>- Xử lý các lỗi/ hư hỏng nhỏ (không bao gồm thay thế vật tư, linh kiện).</li> </ul> | 3 | Lần | Trung tâm Y tế Phù Cát | 1 năm sau khi hợp đồng có hiệu lực |
| 17 | Tủ an toàn sinh học cấp II AHA-133 CC-A (Safzonc -Taiwan)                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra toàn diện điện nối đất (nếu có).</li> <li>- Kiểm tra tình trạng vật lý dây điện nguồn và ổ phích cắm.</li> <li>- Kiểm tra toàn diện về cơ học của các chuyển mạch và các nút điều khiển.</li> <li>- Kiểm tra vận hành motor, hệ thống truyền động.</li> <li>- Kiểm tra các bảng điều khiển, kiểm tra các thông số kỹ thuật của máy và hiệu chỉnh các thông số (nếu cần).</li> <li>- Kiểm tra hệ thống đường ống dẫn, ống nối của thiết bị, các val dẫn, val áp lực, các đầu nối của máy với bệnh nhân.</li> <li>- Kiểm tra, làm sạch, vô dầu tất cả các bộ phận lắp ráp khác nhau (nếu cần).</li> <li>- Xử lý các lỗi/ hư hỏng nhỏ (không bao gồm thay thế vật tư, linh kiện).</li> </ul> | 3 | Lần | Trung tâm Y tế Phù Cát | 1 năm sau khi hợp đồng có hiệu lực |
| 18 | Máy chụp X- quang cao tần $\geq 300\text{mA}$ - ANTHEM (Del Medical, Inc - Mỹ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra toàn diện điện nối đất (nếu có).</li> <li>- Kiểm tra tình trạng vật lý dây điện nguồn và ổ phích cắm.</li> <li>- Kiểm tra toàn diện về cơ học của các chuyển mạch và các nút điều khiển.</li> <li>- Kiểm tra vận hành motor, hệ thống truyền động.</li> <li>- Kiểm tra các bảng điều khiển, kiểm tra các thông số kỹ thuật của máy và hiệu chỉnh các thông số (nếu cần).</li> <li>- Kiểm tra hệ thống đường ống dẫn, ống nối của thiết bị, các val dẫn, val áp lực, các đầu nối của máy với bệnh nhân.</li> <li>- Kiểm tra, làm sạch, vô dầu tất cả các bộ phận lắp ráp khác nhau (nếu cần).</li> <li>- Xử lý các lỗi/ hư hỏng nhỏ (không bao gồm thay thế vật tư, linh kiện).</li> </ul> | 3 | Lần | Trung tâm Y tế Phù Cát | 1 năm sau khi hợp đồng có hiệu lực |
| 19 | Hệ thống đọc và xử lý hình ảnh X-quang kỹ thuật số REGIUS II (Konica – Nhật)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra toàn diện điện nối đất (nếu có).</li> <li>- Kiểm tra tình trạng vật lý dây điện nguồn và ổ phích cắm.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 | Lần | Trung tâm Y tế Phù Cát | 1 năm sau khi hợp đồng             |

|    |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |     |                        |                                    |
|----|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------------------------|------------------------------------|
|    |                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra toàn diện về cơ học của các chuyển mạch và các nút điều khiển.</li> <li>- Kiểm tra vận hành motor, hệ thống truyền động.</li> <li>- Kiểm tra các bảng điều khiển, kiểm tra các thông số kỹ thuật của máy và hiệu chỉnh các thông số (nếu cần).</li> <li>- Kiểm tra hệ thống đường ống dẫn, ống nối của thiết bị, các val dẫn, val áp lực, các đầu nối của máy với bệnh nhân.</li> <li>- Kiểm tra, làm sạch, vô dầu tất cả các bộ phận lắp ráp khác nhau (nếu cần).</li> <li>- Xử lý các lỗi/ hư hỏng nhỏ (không bao gồm thay thế vật tư, linh kiện).</li> </ul>                                                                                                                           |   |     |                        | có hiệu lực                        |
| 20 | Máy X-Quang kỹ thuật số chụp tổng quát PRS 500X (PROTEC – Đức) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra toàn diện điện nối đất (nếu có).</li> <li>- Kiểm tra tình trạng vật lý dây điện nguồn và ổ phích cắm.</li> <li>- Kiểm tra toàn diện về cơ học của các chuyển mạch và các nút điều khiển.</li> <li>- Kiểm tra vận hành motor, hệ thống truyền động.</li> <li>- Kiểm tra các bảng điều khiển, kiểm tra các thông số kỹ thuật của máy và hiệu chỉnh các thông số (nếu cần).</li> <li>- Kiểm tra hệ thống đường ống dẫn, ống nối của thiết bị, các val dẫn, val áp lực, các đầu nối của máy với bệnh nhân.</li> <li>- Kiểm tra, làm sạch, vô dầu tất cả các bộ phận lắp ráp khác nhau (nếu cần).</li> <li>- Xử lý các lỗi/ hư hỏng nhỏ (không bao gồm thay thế vật tư, linh kiện).</li> </ul> | 3 | Lần | Trung tâm Y tế Phù Cát | 1 năm sau khi hợp đồng có hiệu lực |
| 21 | Máy siêu âm màu 4 D (Hitachi - Nhật)                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra toàn diện điện nối đất (nếu có).</li> <li>- Kiểm tra tình trạng vật lý dây điện nguồn và ổ phích cắm.</li> <li>- Kiểm tra toàn diện về cơ học của các chuyển mạch và các nút điều khiển.</li> <li>- Kiểm tra vận hành motor, hệ thống truyền động.</li> <li>- Kiểm tra các bảng điều khiển, kiểm tra các thông số kỹ thuật của máy và hiệu chỉnh các thông số (nếu cần).</li> <li>- Kiểm tra hệ thống đường ống dẫn, ống nối của thiết bị, các val dẫn, val áp lực, các đầu nối của máy với bệnh nhân.</li> <li>- Kiểm tra, làm sạch, vô dầu tất cả các bộ phận lắp ráp khác nhau (nếu cần).</li> <li>- Xử lý các lỗi/ hư hỏng nhỏ (không bao gồm thay thế vật tư, linh kiện).</li> </ul> | 3 | Lần | Trung tâm Y tế Phù Cát | 1 năm sau khi hợp đồng có hiệu lực |
| 22 | Máy siêu âm màu (Siemens - Nhật)                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra toàn diện điện nối đất (nếu có).</li> <li>- Kiểm tra tình trạng vật lý dây điện nguồn và ổ phích cắm.</li> <li>- Kiểm tra toàn diện về cơ học của các chuyển mạch và các nút điều khiển.</li> <li>- Kiểm tra vận hành motor, hệ thống truyền động.</li> <li>- Kiểm tra các bảng điều khiển, kiểm tra các thông số kỹ thuật của máy và hiệu chỉnh các thông số (nếu cần).</li> <li>- Kiểm tra hệ thống đường ống dẫn, ống nối của thiết bị, các val dẫn, val áp lực, các đầu nối của máy với bệnh nhân.</li> <li>- Kiểm tra, làm sạch, vô dầu tất cả các bộ phận lắp ráp khác nhau (nếu cần).</li> <li>- Xử lý các lỗi/ hư hỏng nhỏ (không bao gồm thay thế vật tư, linh kiện).</li> </ul> | 3 | Lần | Trung tâm Y tế Phù Cát | 1 năm sau khi hợp đồng có hiệu lực |
| 23 | Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng); EPK-3000 - Nhật | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra toàn diện điện nối đất (nếu có).</li> <li>- Kiểm tra tình trạng vật lý dây điện nguồn và ổ phích cắm.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 | Lần | Trung tâm Y tế Phù Cát | 1 năm sau khi hợp đồng             |

|    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |     |                                      |                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|--------------------------------------|------------------------------------|
|    |                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra toàn diện về cơ học của các chuyển mạch và các nút điều khiển.</li> <li>- Kiểm tra vận hành motor, hệ thống truyền động.</li> <li>- Kiểm tra các bảng điều khiển, kiểm tra các thông số kỹ thuật của máy và hiệu chỉnh các thông số (nếu cần).</li> <li>- Kiểm tra hệ thống đường ống dẫn, ống nối của thiết bị, các val dẫn, val áp lực, các đầu nối của máy với bệnh nhân.</li> <li>- Kiểm tra, làm sạch, vô dầu tất cả các bộ phận lắp ráp khác nhau (nếu cần).</li> <li>- Xử lý các lỗi/ hư hỏng nhỏ (không bao gồm thay thế vật tư, linh kiện).</li> </ul>                                                                                                             |   |     |                                      | có hiệu lực                        |
| 24 | Bếp sắc thuốc 12 ấm, (Bidiphar- Việt Nam)                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra toàn diện điện nối đất (nếu có).</li> <li>- Kiểm tra tình trạng vật lý dây điện nguồn và ổ phích cắm.</li> <li>- Kiểm tra toàn diện về cơ học của các chuyển mạch và các nút điều khiển.</li> <li>- Kiểm tra vận hành motor, hệ thống truyền động.</li> <li>- Kiểm tra các bảng điều khiển, kiểm tra các thông số kỹ thuật của máy và hiệu chỉnh các thông số (nếu cần).</li> <li>- Kiểm tra, làm sạch, vô dầu tất cả các bộ phận lắp ráp khác nhau (nếu cần).</li> <li>- Xử lý các lỗi/ hư hỏng nhỏ (không bao gồm thay thế vật tư, linh kiện).</li> </ul>                                                                                                                 | 3 | Lần | Trung tâm Y tế Phù Cát               | 1 năm sau khi hợp đồng có hiệu lực |
| 25 | Nồi hấp tiệt trùng dung tích $\geq 250L$ (BDF - 250 - Việt Nam) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra toàn diện điện nối đất (nếu có).</li> <li>- Kiểm tra tình trạng vật lý dây điện nguồn và ổ phích cắm.</li> <li>- Kiểm tra toàn diện về cơ học của các chuyển mạch và các nút điều khiển.</li> <li>- Kiểm tra vận hành motor, hệ thống truyền động.</li> <li>- Kiểm tra các bảng điều khiển, kiểm tra các thông số kỹ thuật của máy và hiệu chỉnh các thông số (nếu cần).</li> <li>- Kiểm tra hệ thống đường ống dẫn, ống nối của thiết bị, các val dẫn, val áp lực, các đầu nối của máy.</li> <li>- Kiểm tra, làm sạch, vô dầu tất cả các bộ phận lắp ráp khác nhau (nếu cần).</li> <li>- Xử lý các lỗi/ hư hỏng nhỏ (không bao gồm thay thế vật tư, linh kiện).</li> </ul> | 3 | Lần | Trung tâm Y tế Phù Cát               | 1 năm sau khi hợp đồng có hiệu lực |
| 26 | Máy giặt đồ vải 30kg (BDF - W30H - Việt Nam)                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra toàn diện điện nối đất (nếu có).</li> <li>- Kiểm tra tình trạng vật lý dây điện nguồn và ổ phích cắm.</li> <li>- Kiểm tra toàn diện về cơ học của các chuyển mạch và các nút điều khiển.</li> <li>- Kiểm tra vận hành motor, hệ thống truyền động.</li> <li>- Kiểm tra các bảng điều khiển, kiểm tra các thông số kỹ thuật của máy và hiệu chỉnh các thông số (nếu cần).</li> <li>- Kiểm tra hệ thống đường ống dẫn, ống nối của thiết bị, các val dẫn, val áp lực, các đầu nối của máy.</li> <li>- Kiểm tra, làm sạch, vô dầu tất cả các bộ phận lắp ráp khác nhau (nếu cần).</li> <li>- Xử lý các lỗi/ hư hỏng nhỏ (không bao gồm thay thế vật tư, linh kiện).</li> </ul> | 3 | Lần | Trung tâm Y tế Phù Cát               | 1 năm sau khi hợp đồng có hiệu lực |
| 27 | Máy siêu âm LOGIQ V5 (Logiq – China)                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra toàn diện điện nối đất (nếu có).</li> <li>- Kiểm tra tình trạng vật lý dây điện nguồn và ổ phích cắm.</li> <li>- Kiểm tra toàn diện về cơ học của các chuyển mạch và các nút điều khiển.</li> <li>- Kiểm tra vận hành motor, hệ thống truyền động.</li> <li>- Kiểm tra các bảng điều khiển, kiểm tra các thông số kỹ thuật của máy và hiệu chỉnh các thông số (nếu cần).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 | Lần | PK Cát Minh - Trung tâm Y tế Phù Cát | 1 năm sau khi hợp đồng có hiệu lực |

|    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |     |                                      |                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|--------------------------------------|------------------------------------|
|    |                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra hệ thống đường ống dẫn, ống nối của thiết bị, các val dẫn, val áp lực, các đầu nối của máy với bệnh nhân.</li> <li>-Kiểm tra, làm sạch, vô dầu tất cả các bộ phận lắp ráp khác nhau (nếu cần).</li> <li>- Xử lý các lỗi/ hư hỏng nhỏ (không bao gồm thay thế vật tư, linh kiện).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |     |                                      |                                    |
| 28 | Máy rửa phim X-Quang tự động - Optimax 2010 (Optimax – Đức)                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra toàn diện điện nối đất (nếu có).</li> <li>- Kiểm tra tình trạng vật lý dây điện nguồn và ổ phích cắm.</li> <li>- Kiểm tra toàn diện về cơ học của các chuyển mạch và các nút điều khiển.</li> <li>-Kiểm tra vận hành motor, hệ thống truyền động.</li> <li>- Kiểm tra các bảng điều khiển, kiểm tra các thông số kỹ thuật của máy và hiệu chỉnh các thông số (nếu cần).</li> <li>- Kiểm tra hệ thống đường ống dẫn, ống nối của thiết bị, các val dẫn, val áp lực, các đầu nối của máy với bệnh nhân.</li> <li>-Kiểm tra, làm sạch, vô dầu tất cả các bộ phận lắp ráp khác nhau (nếu cần).</li> <li>- Xử lý các lỗi/ hư hỏng nhỏ (không bao gồm thay thế vật tư, linh kiện).</li> </ul> | 3 | Lần | PK Cát Minh - Trung tâm Y tế Phù Cát | 1 năm sau khi hợp đồng có hiệu lực |
| 29 | Máy X-quang QUANTUM (Quantum Medicalimaging –USA)                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra toàn diện điện nối đất (nếu có).</li> <li>- Kiểm tra tình trạng vật lý dây điện nguồn và ổ phích cắm.</li> <li>- Kiểm tra toàn diện về cơ học của các chuyển mạch và các nút điều khiển.</li> <li>-Kiểm tra vận hành motor, hệ thống truyền động.</li> <li>- Kiểm tra các bảng điều khiển, kiểm tra các thông số kỹ thuật của máy và hiệu chỉnh các thông số (nếu cần).</li> <li>- Kiểm tra hệ thống đường ống dẫn, ống nối của thiết bị, các val dẫn, val áp lực, các đầu nối của máy với bệnh nhân.</li> <li>-Kiểm tra, làm sạch, vô dầu tất cả các bộ phận lắp ráp khác nhau (nếu cần).</li> <li>- Xử lý các lỗi/ hư hỏng nhỏ (không bao gồm thay thế vật tư, linh kiện).</li> </ul> | 3 | Lần | PK Cát Minh - Trung tâm Y tế Phù Cát | 1 năm sau khi hợp đồng có hiệu lực |
| 30 | Máy phân tích huyết học tự động 18 thông số XP-100 (Sysmex Corporation -Nhật) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra toàn diện điện nối đất (nếu có).</li> <li>- Kiểm tra tình trạng vật lý dây điện nguồn và ổ phích cắm.</li> <li>- Kiểm tra toàn diện về cơ học của các chuyển mạch và các nút điều khiển.</li> <li>-Kiểm tra vận hành motor, hệ thống truyền động.</li> <li>- Kiểm tra các bảng điều khiển, kiểm tra các thông số kỹ thuật của máy và hiệu chỉnh các thông số (nếu cần).</li> <li>- Kiểm tra hệ thống đường ống dẫn, ống nối của thiết bị, các val dẫn, val áp lực, các đầu nối của máy với bệnh nhân.</li> <li>-Kiểm tra, làm sạch, vô dầu tất cả các bộ phận lắp ráp khác nhau (nếu cần).</li> <li>- Xử lý các lỗi/ hư hỏng nhỏ (không bao gồm thay thế vật tư, linh kiện).</li> </ul> | 3 | Lần | PK Cát Minh - Trung tâm Y tế Phù Cát | 1 năm sau khi hợp đồng có hiệu lực |
| 31 | Máy phân tích nước tiểu bán tự động 10 thông số (Siemens-Anh)                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra toàn diện điện nối đất (nếu có).</li> <li>- Kiểm tra tình trạng vật lý dây điện nguồn và ổ phích cắm.</li> <li>- Kiểm tra toàn diện về cơ học của các chuyển mạch và các nút điều khiển.</li> <li>-Kiểm tra vận hành motor, hệ thống truyền động.</li> <li>- Kiểm tra các bảng điều khiển, kiểm tra các thông số kỹ thuật của máy và hiệu chỉnh các thông số (nếu cần).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 | Lần | PK Cát Minh - Trung tâm Y tế Phù Cát | 1 năm sau khi hợp đồng có hiệu lực |



|                              |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |     |                                      |                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|--------------------------------------|------------------------------------|
|                              |                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra hệ thống đường ống dẫn, ống nối của thiết bị, các val dẫn, val áp lực, các đầu nối của máy với bệnh nhân.</li> <li>- Kiểm tra, làm sạch, vô dầu tất cả các bộ phận lắp ráp khác nhau (nếu cần).</li> <li>- Xử lý các lỗi/ hư hỏng nhỏ (không bao gồm thay thế vật tư, linh kiện).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |     |                                      |                                    |
| 32                           | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động $\geq 180$ test/giờ XL-180 (Transasia thuộc tập đoàn Erba - Ấn độ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra toàn diện điện nối đất (nếu có).</li> <li>- Kiểm tra tình trạng vật lý dây điện nguồn và ổ phích cắm.</li> <li>- Kiểm tra toàn diện về cơ học của các chuyển mạch và các núm điều khiển.</li> <li>- Kiểm tra vận hành motor, hệ thống truyền động.</li> <li>- Kiểm tra các bảng điều khiển, kiểm tra các thông số kỹ thuật của máy và hiệu chỉnh các thông số (nếu cần).</li> <li>- Kiểm tra hệ thống đường ống dẫn, ống nối của thiết bị, các val dẫn, val áp lực, các đầu nối của máy với bệnh nhân.</li> <li>- Kiểm tra, làm sạch, vô dầu tất cả các bộ phận lắp ráp khác nhau (nếu cần).</li> <li>- Xử lý các lỗi/ hư hỏng nhỏ (không bao gồm thay thế vật tư, linh kiện).</li> </ul> | 3 | Lần | PK Cát Minh - Trung tâm Y tế Phù Cát | 1 năm sau khi hợp đồng có hiệu lực |
| 33                           | Tủ an toàn sinh học cấp II JSCB-1500SB (JSR - Hàn Quốc)                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra toàn diện điện nối đất (nếu có).</li> <li>- Kiểm tra tình trạng vật lý dây điện nguồn và ổ phích cắm.</li> <li>- Kiểm tra toàn diện về cơ học của các chuyển mạch và các núm điều khiển.</li> <li>- Kiểm tra vận hành motor, hệ thống truyền động.</li> <li>- Kiểm tra các bảng điều khiển, kiểm tra các thông số kỹ thuật của máy và hiệu chỉnh các thông số (nếu cần).</li> <li>- Kiểm tra hệ thống đường ống dẫn, ống nối của thiết bị, các val dẫn, val áp lực, các đầu nối của máy với bệnh nhân.</li> <li>- Kiểm tra, làm sạch, vô dầu tất cả các bộ phận lắp ráp khác nhau (nếu cần).</li> <li>- Xử lý các lỗi/ hư hỏng nhỏ (không bao gồm thay thế vật tư, linh kiện).</li> </ul> | 3 | Lần | PK Cát Minh - Trung tâm Y tế Phù Cát | 1 năm sau khi hợp đồng có hiệu lực |
| <b>Danh mục gồm 33 khoản</b> |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |     |                                      |                                    |

Trung tâm Y tế Phù Cát rất mong nhận được bảng báo giá của các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam (theo mẫu tại Phụ lục đính kèm).

Trân trọng cảm ơn./.

**GIÁM ĐỐC**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lãnh đạo TTYT;
- Trang TTĐT TTYT;
- Lưu: VT.

**Trần Thúc Khả**

**Phụ lục: Mẫu báo giá**

(Kèm theo Công văn số ..... / TTYT-KDTTBVTYT, ngày ..... / ...../2026 của TTYT  
Phù Cát)

Tên Công ty:.....

Địa chỉ:.....

Số ĐT:.....

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do – hạnh phúc**

**BÁO GIÁ DỊCH VỤ BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ Y TẾ**

**Kính gửi: Trung tâm Y tế Phù Cát**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế Phù Cát, chúng tôi  
..... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp] báo giá cung cấp dịch vụ  
bảo trì, bảo dưỡng thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị y tế:

| STT  | Danh mục dịch vụ | Mô tả dịch vụ | Số lượng | Đơn<br>vị<br>tính | Đơn giá | Thành tiền |
|------|------------------|---------------|----------|-------------------|---------|------------|
| 1    |                  |               |          |                   |         |            |
| 2    |                  |               |          |                   |         |            |
| .... |                  |               |          |                   |         |            |
|      | <b>Tổng cộng</b> |               |          |                   |         |            |

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ..... ngày, kể từ ngày .....tháng .... năm  
... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày..... tháng ..... năm 2026

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà  
cung cấp**

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

