

Số: /TTYT-KDTTBVTYT
V/v mời báo giá thiết bị y tế

Phù Cát, ngày tháng 4 năm 2026

Kính gửi: Các Công ty, đơn vị kinh doanh thiết bị y tế.

Trung tâm Y tế Phù Cát có nhu cầu mua sắm thiết bị y tế năm 2026. Đơn vị kính mời các Công ty/đơn vị kinh doanh, có khả năng cung cấp thiết bị y tế gửi báo giá về Trung tâm để Trung tâm có cơ sở tổng hợp, xây dựng dự toán và giá gói thầu mua sắm thiết bị y tế năm 2026, với những nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Phù Cát.

Địa chỉ: Số 12, Đường 3/2, xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai.

2. Thông tin nơi tiếp nhận báo giá:

Trung tâm Y tế Phù Cát, Email: ttyphucattialai@gmail.com, điện thoại/
Fax: 02563750616.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) tại địa chỉ: Phòng Văn thư - Trung tâm Y tế Phù Cát, Địa chỉ: Số 12, Đường 3/2, xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai và gửi trước qua email: ttyphucattialai@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 07 giờ 00 phút ngày 02 tháng 4 năm 2026 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 13 tháng 4 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 13/4/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị

STT	Tên thiết bị	Mô tả yêu cầu về cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Đèn điều trị vàng da	Chi tiết tại phụ lục 1 kèm theo	01	Bộ
2	Máy đo độ loãng xương	Chi tiết tại phụ lục 2 kèm theo	01	Máy

2. Nội dung báo giá:

Trong bảng báo giá cần đính kèm các tài liệu chứng minh các nội dung về: Chung loại, cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật, hãng/nước sản xuất, năm sản xuất, catalogue ...; Giấy phép lưu hành/Giấy phép nhập khẩu (nếu có) của thiết bị.

Khi báo giá, đề nghị các Công ty/đơn vị lưu ý những nội dung sau đây:

- Bảng báo giá phải được ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ, đóng dấu xác nhận của Công ty/đơn vị;

- Giá hàng hóa đã bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến việc vận chuyển, bàn giao, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo trì, thuế VAT và các loại phí khác có liên quan;

- Bảng báo giá phải ghi rõ: Ngày báo giá.

- Hiệu lực bảng báo giá (*Tối thiểu 90 ngày*).

- Bảng báo giá phải đầy đủ các thông tin theo mẫu:

Phụ lục 3 đính kèm công văn này.

3. Địa điểm cung cấp, lắp đặt thiết bị: Trung tâm Y tế Phù Cát

4. Thời gian giao hàng dự kiến: Năm 2026.

5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng.

- **Tạm ứng:** Không.

- **Thanh toán hợp đồng:** Theo hóa đơn xuất hàng trong vòng 90 ngày.

Trung tâm Y tế Phù Cát rất mong nhận được bảng báo giá, các tài liệu liên quan của các Công ty/đơn vị và cảm ơn sự hợp tác của quý Công ty/đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo TTYT;
- Trang TTĐT TTYT;
- Lưu: VT,KDTTBVTYT.

GIÁM ĐỐC

Trần Thúc Khả

Phụ lục 1
CẤU HÌNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT
ĐÈN ĐIỀU TRỊ VÀNG DA

STT	NỘI DUNG YÊU CẦU
I	Yêu cầu chung
1	Năm sản xuất: từ năm 2025 trở đi
2	Chất lượng: mới 100%
3	Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485, ISO 9001 hoặc tương đương.
II	Yêu cầu cấu hình
1	- Giường sưởi tích hợp đèn chiếu vàng da: 01 cái
III	Tính năng, thông số kỹ thuật
1	<p>Thông số kỹ thuật Giường sưởi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nguồn điện hoạt động: 220VAC -50/60Hz - Kích thước tổng thể: 88cm x 46cm x 173cm (dài, rộng, cao) - Phạm vi điều chỉnh nhiệt độ trong khoảng: 30 - 38°C - Bước điều chỉnh: 0.1°C - Sai số nhiệt độ: $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ - Thời gian ổn định nhiệt từ khi khởi động: < 30 phút - Hiển thị: Màn hình LED - Cảnh báo: Đèn LED và âm thanh - Chế độ sưởi ấm: Tự động hoặc chỉnh tay, điều khiển bằng mạch vi xử lý - Tự kích hoạt chế độ an toàn khi cảm biến bị bỏ ra ngoài vùng sưởi, hoặc bị hỏng,...
2	<p>Thông số kỹ thuật Đèn chiếu vàng da tích hợp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máng đèn chiếu vàng da phía trên: 20 bóng LED, ánh sáng màu xanh dương, công suất tối đa 3W/1bóng - Máng đèn chiếu vàng da phía dưới: 1080 bóng LED, ánh sáng màu xanh dương, công suất tối đa 0.1W/1 bóng - Đèn chiếu vàng da 2 mặt, hiệu quả
IV	Yêu cầu khác
1	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng
2	Bảo trì ≤ 3 tháng / lần trong suốt thời gian bảo hành
3	Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 48 giờ
4	Đào tạo, cam kết hướng dẫn sử dụng và chuyển giao công nghệ cho người sử dụng tại bệnh viện

STT	NỘI DUNG YÊU CẦU
5	Cung cấp đầy đủ giấy phép nhập khẩu, CO, CQ, tờ khai hải quan khi bàn giao máy
6	Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ.

Phụ lục 2
CẤU HÌNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MÁY ĐO ĐỘ LOÃNG XƯƠNG

STT	NỘI DUNG YÊU CẦU
I	Yêu cầu chung
1	Năm sản xuất: từ năm 2025 trở đi
2	Chất lượng: mới 100%
3	Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485, ISO 9001 hoặc tương đương.
II	Yêu cầu cấu hình và phụ kiện
	<ul style="list-style-type: none"> - Máy chính: 01 cái - Đầu dò 1.20 MHz: 01 cái - Dây nguồn: 01 cái - Mẫu chuẩn + thước kẻ: 01 bộ - Cầu chì: 01 bộ - Gel siêu âm: 01 chai - Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ - Máy in: 01 cái (Tùy chọn)
III	Tính năng, thông số kỹ thuật
	<ul style="list-style-type: none"> - Vị trí đo: xương quay và xương chày - Chế độ đo: Phát xạ kép và nhận kép - Thông số đo lường: Tốc độ âm (SOS) - Dữ liệu phân tích: T-score, Z-score, Phần trăm tuổi[%], Phần trăm trưởng thành[%], BQI(Chi số chất lượng xương), PAB[Năm] (tuổi sinh lý của xương), EOA[Năm] (Tuổi loãng xương dự kiến), RRF (rủi ro gãy xương tương đối), chỉ số BMI, SOS. - Độ chuẩn xác của phép đo: $\leq 0.25\%$ - Độ tái lập của phép đo: $\leq 0.25\%$ - Thời gian đo: <ul style="list-style-type: none"> o Thời gian đo người lớn 3 chu kỳ: <15 giây o Thời gian đo trẻ em 3 chu kỳ: <3 giây - Tần số đầu dò: 1.20 MHz. - Phân tích ngày: áp dụng một hệ thống phân tích dữ liệu thời gian thực thông minh đặc biệt, tự động chọn cơ sở dữ liệu người lớn hoặc trẻ em theo độ tuổi

STT	NỘI DUNG YÊU CẦU
	<ul style="list-style-type: none"> - Cấu hình máy tính: CPU lõi kép, RAM 4G, ổ cứng - Màn hình: LED màu HD 12.1 inch - Trọng lượng máy chính: <4 kg, dễ dàng mang theo. - Điện áp: AC220VA 50Hz
IV	Yêu cầu khác
1	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng
2	Bảo trì ≤ 3 tháng / lần trong suốt thời gian bảo hành
3	Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 48 giờ
4	Đào tạo, cam kết hướng dẫn sử dụng và chuyển giao công nghệ cho người sử dụng tại bệnh viện
5	Cung cấp đầy đủ giấy phép nhập khẩu, CO, CQ, tờ khai hải quan khi bàn giao máy
6	Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ.

Phụ lục 3: MẪU BÁO GIÁ**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

_____, ngày ____ tháng ____ năm 2026

Tên Công ty/ đơn vị**Địa chỉ:****BẢNG BÁO GIÁ****Kính gửi: Trung tâm Y tế Phù Cát.**

Căn cứ Công văn số ____ /TTYT-KDTTBVTYT ngày ____ / ____ /2026 của Trung tâm Y tế Phù Cát về việc mời báo giá thiết bị y tế.

Công ty/đơn vị xin báo giá như sau:

TT	Tên thiết bị	Ký, mã, nhãn hiệu, model	Cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật	Hãng/ Nước sản xuất	Năm sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành Tiền (đồng)	Ghi chú

*** Ghi chú**

- Ngày báo giá:

- Hiệu lực của bảng báo giá:tháng kể từ ngày ký (Tối thiểu 90 ngày).

- Giá trị hàng hóa trong bảng báo giá đã bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến việc vận chuyển, bàn giao, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo trì, bảo hành, thuế VAT và các loại phí khác có liên quan.

- Hồ sơ đi kèm bao gồm:

+ Các tài liệu chứng minh các nội dung về chủng loại, cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật; Hãng/nước sản xuất; catalogue của thiết bị ...

+ Giấy phép lưu hành hoặc Giấy phép nhập khẩu (nếu có).

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY/ĐƠN VỊ**Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu**